

SPECIFICATIE Nr.1
(Lista bunurilor)

Anexa nr. 1
la Contractul nr. _____
din „_____” 20__

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	33100000-1	Calciu (Calcium), (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Marcă: CE. Metoda de determinare: Fotometrică cu Aescmazo III.	Miliitru	2450	0,2000	0,2160	490,00	529,20	pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
92	33100000-1	Creatinina (Creatinine), (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Marcă: CE. Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator.	Miliitru	1000	0,1480	0,1598	148,00	159,80	pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
125	33100000-1	Uree (Urea), (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Marcă: CE. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.	Miliitru	350	0,3800	0,4104	133,00	143,64	pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
Total :							771,00	832,64	

Vinzătorul:



Beneficiarul



Centrul:



SPECIFICAȚIE Nr.2
(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiar IMSP)

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă						Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant						Standarde de referință						
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	6						7						8
-	1	2	3	4	5	Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică cu Astenazo III. Tipul reagenților: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urină. Limita minimă de detecție pentru ser: < 0,01mmol/l. Ser, plasma heparinizată, urină. Limita minimă de detecție pentru urină: < 0,3. Coeficientul de variație intraserială: < 0,3. Coeficientul de variație extraserială: < 0,3. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, Lipemie până la 2,1g/l, Hemoglobina până la 5,5g/l, Magneziu până la 8mmol/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Securile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a rețetelor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemă, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.						Calciu (Calcium), (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică cu Astenazo III. Tipul reagenților: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urină. Limita minimă de detecție pentru ser: < 0,01mmol/l. Coeficientul de variație intraserială: < 0,3. Coeficientul de variație extraserială: < 0,3. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, Lipemie până la 2,1g/l, Hemoglobina până la 5,5g/l, Magneziu până la 8mmol/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Securile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a rețetelor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemă, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.						ISO, CE.
84	33000000-0	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175ml) determinarea la analizator automat	Calcium Ars-DAC- Lq/3010C	Moldova	Dac- Spectromed	Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără depoteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urină. Limita minimă de detecție pentru ser: < 15mcromol/l. Coeficientul de variație intraserială: < 0,05. Coeficientul de variație extraserială: < 0,05. Interferențe: Acid Ascorbic până la 2,1g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Securile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a rețetelor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemă, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.						Creatinina (Creatininul), (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator automat. Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără depoteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urină. Limita minimă de detecție pentru ser: < 15mcromol/l. Coeficientul de variație intraserială: < 0,11. Coeficientul de variație extraserială: < 2,0. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7mmol/l, Bilirubina până la 0,34mmol/l, Hemoglobina până la 5,5g/l, Lipemie până la 2,1g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Securile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a rețetelor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemă, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.						ISO, CE.
92	33000000-0	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175ml) determinarea la analizator automat	Crea Kineic-DAC- Lq/3035C	Moldova	Dac- Spectromed	Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma fără heparinată de amoniu, urină proaspătă. Limita minimă de detecție pentru ser: < 0,3mmol/l. Coeficientul de variație intraserială: < 2,0. Coeficientul de variație extraserială: < 3,5. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, Hemoglobina până la 5,5g/l, Lipemie - trigliceride până la 2,1g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Securile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a rețetelor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemă, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.						Uree (Urea), (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma fără heparinată de amoniu, urină proaspătă. Limita minimă de detecție pentru ser: < 0,3mmol/l. Coeficientul de variație intraserială: < 2,0. Coeficientul de variație extraserială: < 3,5. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, Hemoglobina până la 5,5g/l, Lipemie - trigliceride până la 2,1g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Securile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a rețetelor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemă, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.						ISO, CE.
125	33000000-0	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175ml) determinarea la analizator semiautomat	Ure-DAC- Lq/3092U	Moldova	Dac- Spectromed	Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma fără heparinată de amoniu, urină proaspătă. Limita minimă de detecție pentru ser: < 0,3mmol/l. Coeficientul de variație intraserială: < 2,0. Coeficientul de variație extraserială: < 3,5. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, Hemoglobina până la 5,5g/l, Lipemie - trigliceride până la 2,1g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Securile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a rețetelor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemă, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.						Uree (Urea), (Fl. cu vol. 40-175ml), cu standard inclus în set, determinarea la analizator semiautomat. Marcaj: CE. Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma fără heparinată de amoniu, urină proaspătă. Limita minimă de detecție pentru ser: < 0,3mmol/l. Coeficientul de variație intraserială: < 2,0. Coeficientul de variație extraserială: < 3,5. Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, Hemoglobina până la 5,5g/l, Lipemie - trigliceride până la 2,1g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Securile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a rețetelor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemă, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.						ISO, CE.

Vinzătorului:

Beneficiarului:

Centrul:

