

SPECIFICAȚIE Nr.2

(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]	Certificate de calitate / Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	33100000-1	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	ASSL-0510	Franta	Elitech	Vezi invitatia	(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	CE, ISO
55	33100000-1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea	ALSL-0510	Franta	Elitech	Vezi invitatia	(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Metoda de determinare: Fotometrică	CE, ISO

		la analizator semiautomat					Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/ L Coefficientul de variație intraserial: < 1.5 Coefficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l.	
69	33100000-1	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	AMSL-0400	Franta	Elitech	Vezi invitatia	(Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coefficientul de variație intraserial: < 5.0 Coefficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/ l.	CE, ISO
72	33100000-	Bilirubina totală (Total	BT-0600	Franta	Elitech	Vezi invitatia	(Flacoane cu volumul 40-	CE,

	1	Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat					175 ml.) Metoda de determinare: Fotometrică DCA. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l,	ISO
78	33100000- 1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	BIDI-0600	Franta	Elitech	Vezi invitatia	(Flacoane cu volumul 40- 175 ml.) Metoda de determinare: Fotometrică DCA. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l,	CE, ISO
93	33100000- 1	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000	CHSL-0707	Franta	Elitech	Vezi invitatia	(Flacoane cu volumul 500- 1000 ml.) Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP Tipul	CE, ISO

		ml.)determinarea la analizator semiautomat					reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.	
101	33100000-1	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat.	GHSL-0600	Franta	Elitech	Vezi invitatia	(Flacoane cu volumul 40-175 ml.) Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.	CE, ISO

		1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat							scrisă a beneficiarului.
101	33100000-1	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	Mililitru	3000	0,6900	0,8280	2.070,000	2.484,000	pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
123	33100000-1	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	Mililitru	2000	0,6800	0,8160	1.360,000	1.632,000	pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
		TOTAL					10.220,000	12.264,000	

Vînzătorul:

L.Ș.

Digitally signed by Arșeri Matrona
Date: 2021.03.18 08:39:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Beneficiarul:

[Handwritten signature]

Centrul:

L.Ș.

123	33100000-1	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat	TGML-0517	Franta	Elitech	Vezi invitatia	(Flacoane cu volumul 40- 175 ml.) Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l.	123
		Digitally signed by Arseri Matrona Date: 2021.03.18 08:41:30 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova						

Vînzătorul:

L.Ș.

Beneficiarul:



Centrul:

L.Ș.

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 260/02/21
din „02”februarie 2021

SPECIFICAȚIE Nr.1
(Lista bunurilor)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	33100000-1	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Mililitru	1500	0,3500	0,4200	525,000	630,000	pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
55	33100000-1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Mililitru	1500	0,3500	0,4200	525,000	630,000	pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
69	33100000-1	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat	Mililitru	1000	2,7400	3,2880	2.740,000	3.288,000	pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
72	33100000-1	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	Mililitru	2000	0,4000	0,4800	800,000	960,000	pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
78	33100000-1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat	Mililitru	2000	0,4400	0,5280	880,000	1.056,000	pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
93	33100000-1	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-	Mililitru	4000	0,3300	0,3960	1.320,000	1.584,000	pînă la 30 de zile de la solicitarea